

Код ОКДП2 32.50.30.110

Код позиции КТРУ 32.50.30.110-00000044

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

### Мебель медицинская для кабинетов и палат: Кушетка медицинская для кабинетов и палат МД КС

#### Кушетка медицинская смотровая МД КС

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие - наличие

Декларация о соответствии - наличие

Сертификат соответствия - наличие

Нахождение в реестре Минпромторга - наличие

Страна производства - РФ

**Длина:** 1930 мм.

**Ширина:** 670 мм.

**Высота:** 560 мм.

**Угол наклона подголовника:** 0-45°

**Высота от пола до лежака:** 520 мм.

**Каркас:** 1700 x 650 x 25 мм.

**Каркас:** труба квадратного сечения 25\*25\*1.5 мм.

**Каркас цвет/покрытие:** Защитно-декоративное покрытие: порошковая краска производства JOTUN. Краска нетоксична, пожаробезопасна (сертификат соответствия №НСОПБ.CZ.ПРО19.Н.00033), устойчива к ударам, сколам, обработке медицинскими дезинфицирующими и моющими средствами (включая с содержанием хлора). Цвет – белый (RAL9016).

**Обивка:** полумягкая, устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств, обтянута винилискожей..

**Подголовник:** МДФ 16 мм.

**Подголовник:** 410 x 670 x 40 мм.

**Цвет обивки:** белый, светло-серый, тёмно-серый, синий, слоновая кость, оранжевый, зелёный.

**Лежак:** ДСП 16 мм первого сорта. не допускаются выступы или углубления, смоляные или парафиновые пятна, не допускаются сколы кромок и выкрашивание углов, дефекты шлифования. По типу наружного слоя ДСП мелкоструктурный (М),. Класс эмиссии формальдегида в ДСП (Е1, Е2) показывает допустимое содержание свободного формальдегида в 100 г абсолютно сухой плиты. Класс эмиссии: Е2 (10-30 мг).

**Лежак высота поролона:** 20 мм, плотность 20Р .

**Лежак:** 1520 x 670 x 40 мм.

**Регулировка головной секции:** механизм Rostomat

**Номинальная нагрузка:** 180 кг.

**Объем изделия:** 0,159

**Габариты упаковки (Д\*Ш\*В):** 2010x720x110

**Вес в упаковке:** 32 кг

**Тип конструкции:** конструкция разборная

Кушетка медицинская смотровая предназначена для размещения пациента во время проведения лечебно-диагностического осмотра. Каркас медицинской кушетки выполнен из стальных труб квадратного сечения с полимерно-порошковым покрытием белого цвета. Лежак кушетки двухсекционный состоит из ложа и подголовника, изготовлены из МДФ и поролон. Обивка полумягкая, устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств, обтянута винилискожей импортного производства светлого цвета. Головная секция регулируется по углу наклона ступенчатого механизмом "Rostomat". Кушетка поставляется в разобранном виде.

Сертификат соответствия

Декларация таможенного союза

